
2. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ČTEČKA GELŮ PRO ELEKTROFORÉZU

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
IČ	67179843

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky	Čtečka gelů pro elektroforézu
Systémové číslo na profilu	P15V00000021
URL zakázky na profilu	https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000181
Zdroj financování	Národní program udržitelnosti



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

III. DODATEČNÉ INFORMACE

1. Žádost o dodatečnou informaci

Trvá zadavatel na parametru "čtení gelů o velikosti 25 x 25 cm"?

Naše firma dokáže dodat špičkový systém na dokumentaci gelů (i 2D) bohužel s menší pracovní plochou 20 x 15 cm.

1. Dodatečná informace

Zadavatel i nadále **trvá** na tomto technickém parametru a nabídku uchazeče s čtečkou gelů s pracovní plochou 20 x 15 cm **nebude** akceptovat.

2. Dodatečná informace z vlastního podnětu

Lhůta pro podání nabídek se nově stanovuje na

4. 8. 2015, 10:00

V Brně dne 22. 7. 2015

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

ředitel

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.