
1. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE *PREKONCENTRAČNÍ CENTRIFUGA*

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
IČ	67179843

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky	Prekoncentrační centrifuga
Systemové číslo na profilu	P15V00000022
URL zakázky na profilu	https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000182
Zdroj financování	Národní program udržitelnosti



III. DODATEČNÉ INFORMACE

1. Žádost o dodatečnou informaci

V zadání požadujete dodání Prekoncentrační centrifuga (rotační vakuový koncentrátor) včetně popsaného příslušenství, čemuž rozumíme a co standartně vakuovy koncentrátor může obsahovat.

V zadání dále požadujete dodání:

Technické parametry zařízení pro zakoncentrování pomocí dusíku:

1. Zařízení pro zakoncentrování vzorků musí obsahovat termostatovaný blok s držákem dusíkových jehel (minimální počet 9 dusíkových jehel) a s LED display pro nastavení teploty

2. Rozsah teploty minimálně +10°C nad teplotu okolí až 200°C

Z výše popsaného vyplývá, že požadujete dodání dvou zařízení?

1x vakuový koncentrátor chemicky odolný s příslušenstvím (chemicky odolná pumpa, vymrazovací past, 3x rotor)

Čtečka gelů pro elektroforézu

1x zařízení pro zakoncentrování pomocí dusíku

Oba popsané systémy za cca 400.000 Kč bez DPH?

1. Dodatečná informace

Zadavatel požaduje prekoncentrační centrifugu vč. příslušenství i zařízení pro zakoncentrování pomocí dusíku.

Zadavatel dále k dotazu uvádí, že předpokládaná hodnota celkové zakázky je 400.000 Kč bez DPH.

Vyšší nabídková cena není důvodem pro vyřazení či vyloučení nabídky.

V Brně dne 4. 8. 2015

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

ředitel

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.