

1. DODATEČNÉ INFORMACE

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PRECIZNÍ MOBILNÍ ANALYZÁTOR KONCENTRACE CH₄

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název	Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
IČO	86652079

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky	Precizní mobilní analyzátor koncentrace CH ₄
Systémové číslo na profilu	P19V00000016
Evidenční číslo zakázky	Z2019-022688
Číslo oznámení TED	2019/S 129-315691
URL zakázky na profilu	https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000283

III. DODATEČNÉ INFORMACE

1. Žádost o dodatečnou informaci

Jaké jsou očekávané koncentrace CH₄ a CO₂ (jako ve vzduchu? CH₄ 2ppm, CO₂ 400ppm?) Jaké je požadované analytické rozmezí?

1. Dodatečná informace

Zadavatel nestanovil v technických specifikacích přesné analytické rozmezí, z čehož vyplývá, že zadavatel požaduje plný rozsah koncentrací, kterých může dosáhnout koncentrace CH₄ a CO₂ ve vodě za normálního tlaku a teploty od 0 °C do +45 °C.

2. Žádost o dodatečnou informaci


Pro CH₄ ve vodě, jak zajistíme odpařování vody, je toto také součástí zadání?

2. Dodatečná informace

Zadavatel nestanovil v technických specifikacích přesný způsob odpařování vody a je tedy na uchazeči, jaké technologické řešení zvolí.

3. Žádost o dodatečnou informaci

Pro měření CH₄ použijeme plynový analyzátor, jak přenosné by mělo být toto zařízení? Můžeme poskytnout rack19 "v přenosném kufříku s potřebným napájením, je to přijatelné? (najdete příklad přiloženého výkresu)



3. Dodatečná informace

Zadavatel uvedl mimo jiné v bodě č. 6. a 9. přílohy č. 1 Textu smlouvy, maximální povolenou hmotnost přístroje, a to do 6 kg. Z Vámi navrženého schéma se zadavateli jeví, že toto řešení hmotnostně nevyhoví stanovenému limitu a navíc není primárně určeno k práci v terénu.

4. Žádost o dodatečnou informaci

Jaké je požadované vybavení pro měřicí zařízení? (autokalibraceatd.)

4. Dodatečná informace

Vybavení měřicího zařízení je specifikováno v příloze č. 1 Textu smlouvy, a to zejména v bodě č. 3. Bližší specifikace vybavení, pokud není v technické specifikaci přílohy č. 1 Textu smlouvy uvedena, není zadavatelem požadována a uchazeč tedy může nabídnout libovolný rozsah vybavení.

5. Žádost o dodatečnou informaci

Jaká je teplota, ve které bude analyzátor umístěn? (ne v místě odběru vzorků, ale v místě, kde bude umístěn analyzátor)

5. Dodatečná informace

Zadavatel uvedl v bodě č. 8. přílohy č. 1 Textu smlouvy, minimální rozsah měřících teplot od -30 °C do +45 °C. Přístroj bude umístěn venku ve volném terénu bez jakékoliv přídavné ochrany a bude tedy vystaven veškerým povětrnostním podmínkám, přičemž tento požadavek vyplývá z bodu č. 9 přílohy č. 1 Textu smlouvy, kde je stanoven požadavek na odolnost přístroje proti prachu a vodě. Místo, kde bude docházet k odběru vzorků a místo, kde bude umístěn analyzátor, bude tedy z hlediska klimatických podmínek prakticky totožné.

V Brně dne 22. 7. 2019

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

ředitel

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.