



**ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE
O VEŘEJNOU ZAKÁZKU**

ČIDLA TEPLoty A RELATIVNÍ VLHKOSTI VZDUCHU 2019

I. VÝROK

Uchazeč o zakázku Čidla teploty a relativní vlhkosti vzduchu 2019

Ekotechnika s.r.o. IČO: 25147501
Sídlem: K Třešňovce 700, 252 29 Karlík

se z účasti v daném zadávacím řízení

vylučuje

v souladu se zadávací dokumentací, a to pro nesplnění požadavku zadavatele na obsah nabídky.

II. ODŮVODNĚNÍ

Hodnotící komise posoudila nabídku z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a konstatuje, že posuzovaná nabídka vymezené podmínky v **úplném rozsahu nesplnila**.

Uchazeč, společnost Ekotechnika s.r.o., IČO: 25147501 podal nabídku, která je v rozporu se zadávacími podmínkami.

Zadavatel v Příloze č. 1 Textu smlouvy, bodě Teplota (přesnost) uvedl následující hodnotu:

„Přesnost $\pm 0,1$ °C.“

Uchazeč ve své nabídce uvedl, že dodá produkt *Vaisala, HMP 155A-L*, přičemž k tomuto produktu přiložil produktový list, z kterého vyplývá, že přesnost při měření vzduchu je ± 0.2232 °C.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že uchazeč nedodržel podmínky stanovené zadávací dokumentací.

Uchazeč musí akceptovat podmínky stanovené zadávací dokumentací, a to se v tomto případě nestalo. Z tohoto důvodu rozhodují o **vyloučení** nabídky uchazeče z dalšího posuzování.

V Brně dne 8. 10. 2019

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

ředitel

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.