

# 1. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE *UPGRADE TERMOGRAVIMETRICKÉHO ANALYZÁTORU*

---

## I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název	Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
IČO	86652079

## II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky	Upgrade termogravimetrického analyzátoru
Systémové číslo na profilu	P20V00000011
URL zakázky na profilu	<a href="https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000307">https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000307</a>

## III. DODATEČNÉ INFORMACE

### 1. Žádost o dodatečnou informaci

„...Máme problém s návrhem kupní smlouvy, konkrétně s bodem: VI.5, kdy požadavek na odstranění vady do 5 pracovních dnů od vytknutí je nereálný zejména proto, že se jedná o komplexní vědecké zařízení a dodání některých speciálních dílů trvá samo o sobě týden, pak je třeba ještě provést opravu servisním technikem. Prodloužení této lhůty na 10 pracovních dnů by tedy odpovídalo tomu, čeho jsme schopni dosáhnout...“

#### 1. Dodatečná informace

Zadavatel vyhovuje požadavku uchazeče, a to z toho důvodu, že při přepravě náhradních dílů např. ze zahraničí mimo EU by byl termín do 5 pracovních dnů pro odstranění vady s velkou pravděpodobností nesplnitelný.

Uchazeči jsou tedy oprávněni upravit čl. VI. odst. 5. Textu smlouvy následujícím způsobem:

„5. Prodávající není v prodlení s odstraněním vady, pokud bez zbytečného odkladu od vytknutí vady začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; řádně v takové činnosti pokračuje a **nejpozději do 10 pracovních dnů od vytknutí vady** vadu odstraní či předmět koupě vymění za bezvadný.“

#### 2. Informace poskytnutá zadavatelem z vlastního podnětu

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávací dokumentace dle § 99 odst. 2. ZZVZ, zadavatel tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 6. 2020, 10:00.**

---

V Brně dne 15. 5. 2020

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

ředitel

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.