



1. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PCR TERMOCYKLER S PŘÍSLUŠENSTVÍM

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**
Sídlo **Bělidla 986/4a, 603 00 Brno**
IČO **86652079**

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky **PCR termocykler s příslušenstvím**
Systémové číslo na profilu **P24V00000033**
URL zakázky na profilu <https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000405>

III. DODATEČNÉ INFORMACE

1. Žádost o dodatečnou informaci č. 1

Dobrý den,

prosím o zodpovězení dotazu.

Zadavatel v technických specifikacích kupní smlouvy real-time PCR termocycleru uvádí rozsah spektra excitace: 450-690 nm. Náš nabízený cycler má rozsah spektra excitace 450-684 nm, což je minimální rozdíl v excitační vlnové délce a nemá vliv na celkové měření přístroje.

Bude zadavatel tento interval excitační vlnové délky akceptovat?

2. Odpověď na žádost o dodatečnou informaci č. 1

Zadavateli nabízený rozsah spektra excitace dostačuje. Z tohoto důvodu se tedy zadavatel rozhodl vyhovět požadavku, aby rozšířil okruh potencionálních dodavatelů, a tímto tedy zadavatel upravuje zadávací podmínky.

Zadavatel mění bod č. 13 části I. přílohy č. 1 Textu smlouvy, který nově zní následovně:

„13. Požadovaný rozsah spektra excitace a emise: 450-680 nm a 510-730 nm“

Uchazeči jsou oprávněni předmětný bod v Textu smlouvy takto upravit.

Uchazeči, kteří nabídnou předmět plnění, který splní takto nově stanovený parametr, vyhoví zadávacím podmínkám.

3. Dodatečná informace z vlastního podnětu

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 12. 2024, 10:00

V Brně dne 22. 11. 2024

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

ředitel

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.