

1. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE *MÍCHAČKY A TŘEPAČKY*

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název **Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**
Sídlo **Bělidla 986/4a, 603 00 Brno**
IČ **67179843**

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky **Dodávka laboratorních míchaček a třepaček**
URL zakázky na profilu <https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000106>
Zdroj financování **Operační program Výzkum a vývoj pro inovace**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



III. DODATEČNÉ INFORMACE

1. Informace poskytnutá zadavatelem z vlastního podnětu

Zadavatel tímto upravuje technickou specifikaci přístroje, která je přílohou č. 1 kupní smlouvy *Míchačky a třepačky* a to následujícím způsobem:

- U orbitální třepačka do inkubátorů (přístroj č. 1) je přidán bod č. 10, který zní: „**Možnost digitálního nastavení frekvence třepání na LCD displeji**“.
- U thermomixeru s chlazením (přístroj č. 4) dochází k úpravě bodu č. 4, který nově zní: „**Teplotní rozsah minimálně 5 - 99°C**“.
- U magnetické míchačky (přístroj č. 6) dochází k úpravě bodu č. 1, který nově zní: „**Pracovní plocha o rozměrech alespoň 11x11 cm**“.

Uchazeč je povinen podat nabídku s aktualizovaným zněním smlouvy, která je přílohou této dodatečné informace a která je zároveň uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.czechglobe.cz/document_download_757.html a https://zakazky.czechglobe.cz/document_download_758.html. Jiné znění kupní smlouvy nebude zadavatel akceptovat a případná nabídka s jiným zněním bude vyloučena.

2. Informace poskytnutá zadavatelem z vlastního podnětu

Lhůta pro podání nabídky se touto změnou prodlužuje do 02. 03. 2014, 09:00.

Příloha: aktualizovaný text smlouvy

V Brně dne 19. 03. 2014

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

ředitel

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.