

3. DODATEČNÁ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE *MÍCHAČKY A TŘEPAČKY*

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název **Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**
Sídlo Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
IČ 67179843

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky Dodávka laboratorních míchaček a třepaček
URL zakázky na profilu <https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000106>
Zdroj financování Operační program Výzkum a vývoj pro inovace



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



III. DODATEČNÉ INFORMACE

1. Žádost o dodatečnou informaci

Žádost o dodatečnou informaci k položce č. 5 Inkubovaná třepačka (1x):
Uvedená orbita min 8, max 12 cm se jeví jako dosti velká pro tento typ třepaček. Žádná dostupná třepačka na trhu nesplňuje tento parametr. Bylo by možné nabídnout inkubovanou třepačku s orbitou 22 mm?

Odpověď:

V kupní smlouvě veřejné zakázky došlo k mylnému uvedení jednotky u požadavku na velikost orbity inkubované třepačky a to konkrétně použitím jednotky cm namísto mm. Opravený požadavek je formulován takto: „5.4. Orbita: min. 8, max. 12 mm“

Zadavatel tedy nabídku na inkubovanou třepačku s orbitou 22 mm neakceptuje.
Uchazeči jsou oprávněni upravit citovaný parametr v příloze návrhu smlouvy.

V Brně dne 25. 03. 2014

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

ředitel

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.