

---

## ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU *MÍCHAČKY A TŘEPAČKY*

---

### I. VÝROK

Uchazeč o zakázku                      Míchačky a třepačky  
BioTech, a.s.                              IČ: 25664018  
    Sídlem: Tymiánová 619/14, 101 00 Praha 10

se z účasti v daném zadávacím řízení

#### **vylučuje**

v souladu se zadávací dokumentací, a to pro nesplnění požadavku zadavatele na obsah nabídky.

### II. ODŮVODNĚNÍ

Nabídka, z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, **nesplnila** vymezené podmínky v **úplném rozsahu**.

Společnost BioTech, a.s., IČ: 25664018 podala nepřijatelnou nabídku, neboť nesplnila tyto zadávací podmínky:

A) Zadavatel obdržel nabídku s celkovou cenou ve výši 346.204,- Kč bez DPH. Ve vysvětlení VŘ Míchačky a třepačky, které zadavatel obdržel, uchazeč nabídl jinou celkovou cenu, a sice ve výši 346.474,- Kč bez DPH. Hodnotící komise posoudila uchazečem nabízenou novou celkovou cenu a konstatuje, že uchazeč nedodržel původní cenovou nabídku, čímž změnil svoji původní nabídku.

Pokud by byla v tomto případě akceptována změna nabídkové ceny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, musela by být akceptována i taková změna nabídkové ceny, která by měla vliv na výsledné pořadí uchazečů (např. uchazeč 2. v pořadí by "Vysvětlením" nabídl cenu nižší, než uchazeč s dosud nejvýhodnější nabídkou).

Takový postup by byl v zásadním rozporu s principy zadávacího řízení veřejných zakázek.

B) Na základě produktového listu, který je dostupný zde: <http://biosan.lv/files/606/PSU-20i.pdf> a vysvětlení VŘ Míchačky a třepačky, která zadavatel obdržel, hodnotící komise vyhodnotila uchazečem nabízenou položku č. 1 jako nevyhovující, neboť nesplnila podmínku č. 1.4, 1.5, která je stanovena v technické specifikaci předmětu koupě.

Zadavatel požadoval v bodě č. 4: „Kapacita třepací desky pro uložení 250ml baněk – min. 20 baněk“

Uchazeč nabídl třepací desku pro orbitální třepačku do inkubátorů 1. typu s kapacitou max. 16 baněk o obsahu 250 ml

Zadavatel požadoval v bodě č. 5: „Vhodné pro kontinuální provoz“

Uchazeč nabídl orbitální třepačku do inkubátorů 1. typu, jejíž kontinuální provoz je omezen max. 168 hodinami.

Uchazečem nabídnutá položka č. 1 (Orbitální třepačka do inkubátorů 1. typu) tedy nesplnila podmínky stanovené zadavatelem.

B) Na základě produktového listu, který je dostupný zde: <http://biosan.lv/files/605/PSU-10i.pdf> a vysvětlení VŘ Míchačky a třepačky, která zadavatel obdržel, hodnotící komise vyhodnotila uchazečem nabízenou položku č. 2 jako nevyhovující, neboť nesplnila podmínku č. 2.4, 2.5, která je stanovena v technické specifikaci předmětu koupě.

Zadavatel požadoval v bodě č. 4: „Kapacita třepací desky pro uložení 250ml baněk – min. 10 baněk“

Uchazeč nabídl třepací desku pro orbitální třepačku do inkubátorů 2. typu s kapacitou max. 12 baněk o obsahu 100-150 ml.

Zadavatel požadoval v bodě č. 5: „Vhodné pro kontinuální provoz“

Uchazeč nabídl orbitální třepačku do inkubátorů 2. typu, jejíž kontinuální provoz je omezen max. 168 hodinami.

Uchazečem nabídnutá položka č. 2 (Orbitální třepačka do inkubátorů 2. typu) tedy nesplnila podmínky stanovené zadavatelem.

C) Na základě vysvětlení VŘ Míchačky a třepačky, které zadavatel obdržel, hodnotící komise vyhodnotila uchazečem nabízenou položku č. 3 jako nevyhovující, neboť nesplnila podmínku č. 3.4, která je stanovena v technické specifikaci předmětu koupě.

Zadavatel požadoval v bodě č. 4: „Kapacita třepací desky pro uložení 250ml baněk – alespoň 12 baněk“

Uchazeč nabídl třepací desku pro orbitální třepačku do inkubátorů se zvýšenou koncentrací CO<sub>2</sub> s kapacitou max. 12 baněk o obsahu 125ml.

Uchazečem nabídnutá položka č. 3 (Orbitální třepačka do inkubátorů 2. se zvýšenou koncentrací CO<sub>2</sub>) tedy nesplnila podmínky stanovené zadavatelem.

Tato nabídka je tedy pro zadavatele nepřijatelná a hodnotící komise byla povinna tuto nabídku z hodnocení **vyřadit.**

V Brně dne 17. 04. 2014

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

ředitel

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.