

1. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE *PLYNOVÉ ANALYZÁTORY 2016*

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Sídlo Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
IČ 86652079

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky Plynové analyzátory 2016
Systémové číslo na profilu P16V00000013
URL zakázky na profilu <https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000210>
Zdroj financování Národní program udržitelnosti
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 2.1
Posilování kapacit pro kvalitní výzkum



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



III. DODATEČNÉ INFORMACE

1. Dodatečná informace z vlastního podnětu

Zadavatel stanovil v čl. III Zadávací dokumentace následující:

„Ukončení plnění:

Část 4

Do 8 týdnů od podpisu smlouvy“

V Textu smlouvy – Zařízení pro měření koncentrace plynů (část 4) pak zadavatel chybně stanovil v čl. III. odst. 1 následující:

„Úplný a bezvadný předmět koupě bude odevzdán a vyzkoušen nejpozději do 7 týdnů od podpisu smlouvy.“

Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky následujícím způsobem: Lhůta plnění, tj. odevzdání části 4 předmětu zakázky je do 8 týdnů od uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Uchazeč je oprávněn upravit text smlouvy k části 4 – Zařízení pro měření koncentrace plynů (část 4), čl. III. odst. 1 následujícím textem:

„Úplný a bezvadný předmět koupě bude odevzdán a vyzkoušen nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy.“

V Brně dne 5. 9. 2016

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

ředitel

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.